ご使用上の注意
注入器の廃棄方法
保管と取扱い方法
よくある質問
その他の注意事項
糖尿病情報提供サイト
（一般の方・患者様向け）
お問合せ先

販売元
大日本住友製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町2-6-8

製造販売元
日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号

®：登録商標
Copyright© 2015, Eli Lilly and Company. All rights reserved.
作成年月：2015年7月
IT0301JJAI

注入器の廃棄方法

・使用済みの注入器は、主治医の指示に従って廃棄してください。

保管と取扱い方法

・注入器の一部にガラスが使われています。注入器は丁寧に扱ってください。硬い床や地面に落とした注入器は使用せず、新しい注入器をご使用ください。

・本剤は冷蔵庫（2～8℃）に保管してください。

・冷蔵庫が使用できない場合、本剤は室温（1～30℃）で14日間まで保管できます。

・本剤を凍結させないでください。もし凍結した場合は、**使用しないでください。**

・本剤は高温や直射日光を避けて保管してください。

よくある質問

ガラス容器内に気泡があった場合は、どうしたらいいですか？
気泡があっても問題ありません。気泡は人体や投与量には影響ありません。

キャップを外さずにロックを解除して、緑色の注入ボタンを押してしまったら、どうしたらいいですか？
針がとびだし、薬液がもれ出すのでキャップを外さないでください。主治医の指示に従って注入器を廃棄してください。新しい注入器で注射してください。

キャップを外した後、針先から薬液がもれていた場合は、どうしたらいいですか？
針先にしずくがついている程度であれば問題ありません。投与量には影響ありません。

注射をしている間、大きなカチッという音が２回と小さなカチッという音が１回鳴りました。正常に注射できたのでしょうか？
２回目の大きなカチッという音が鳴る直前に小さなカチッという音が聞こえることがありますが、注入器は正常に作動しています。２回目の大きなカチッという音が鳴るまで注入器を皮膚から離さないでください。すぐに皮膚から離してしまうと、正しい投与量が注射されないことがあります。

よくある質問

カチッという音が聞こえない場合は、どうしたらいいですか？
カチッという音が聞こえなくても注入器は使えます。「3. 注入ボタンを押し、そのまま待つ」に従ってご使用ください。底面をしっかりと皮膚にあてたまま注入ボタンを押し、５～10秒経過した後に注入器の透明な部分に灰色のゴムピストンが現れたら、注射は完了です。

注射が完了するまで注入ボタンを押し続ける必要はありますか？
必ずしも注入ボタンを押し続ける必要はありませんが、注入ボタンに指を添えることで注入器をしっかりと皮膚にあてることができます。

注射の後、皮膚に薬液や血液が付いた場合は、どうしたらいいですか？
薬液や血液が皮膚に付いていても問題ありません。また投与量には影響ありません。

注入器が正しく作動したか分らない場合は、どうしたらいいですか？
注入器の透明な部分に灰色のゴムピストンが見えていれば（「3. 注入ボタンを押し、そのまま待つ」を参照）、正しい投与量が注射できています。ご不明な点がある場合は、主治医にご相談いただくか、弊社までお問い合わせください。その際、針刺し事故を防ぐために、注入器は安全な場所に保管してください。

その他の注意事項

・本剤を目の不自由な方がご使用になる場合は、操作法の訓練を受けた方の手助けを受けてください。

・本剤は子供の手の届かないところに保管してください。

糖尿病情報提供サイト（一般の方・患者様向け）

トルリシティ皮下注0.75mgアテオスの注射や取扱いに関するその他の情報もご提供しております。
https://www.diabetes.co.jp/usage/tlc.aspx

お問合せ先

ご質問等は、主治医にご相談いただくか、下記までお問い合わせください。

日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5
医薬情報問合せ窓口（一般の方・患者様向け）
TEL 0120-245-970

大日本住友製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町2-6-8
くすり情報センター
TEL 0120-885-736

取扱説明書

冷蔵庫に保管してください

持効型GLP-1受容体作動薬 糖尿病治療剤

トルリシティ® 皮下注 0.75mg アテオス®

生物由来製品 劇薬 処方箋医薬品
（注意－医師等の処方箋により使用すること）

デュラグルチド（遺伝子組換え）注射液 TRULICITY® ATEOS®

デュラグルチド0.75 mg/0.5 mL／使い捨て医薬品注入器、週1回注射剤

こちらからお読みください →
両面とも最後までお読みください

0301

トルリシティ皮下注0.75mg アテオスについて

トルリシティ皮下注0.75mgアテオスをご使用の前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、その指示に従ってください。正しいご使用方法について主治医の指示に従ってください。

- トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス（以下、本剤）は 1 回使い切りの注射剤です。**本剤は 1 週間に 1 回の注射剤**で、注入器には 1 回分の薬液があらかじめ充填されています。**1 回で全量を使用します。**
- 次の投与日を忘れないようにカレンダー等に書き留めることをおすすめします。
- この注入器は患者様の声を元に、簡単にご使用いただけるように設計されています。
- 緑色の注入ボタンを押すと、自動的に注射針が**皮下にささり、薬液が注入されます。**
  注射が完了したら注射針が注入器の中に自動的に戻ります。

ご使用になる前に

冷蔵庫からの取り出し
ご使用前に、本剤を冷蔵庫から取り出してください。

ラベルの確認
ラベルを見て、主治医から説明されているお薬の名前と一致しているか、使用期限が切れていないか確認してください。

注入器の確認
注入器の破損又は異常がないこと、薬液が無色澄明で浮遊物がないことを確認してください。

手洗い
ご使用前には必ず手を洗ってください。

注射する場所の決定

- 注射する部位は主治医の指示に従ってください。
  お腹（腹部）や太もも（大腿部）に注射できます。
  操作方法の訓練を受けた方の手助けを受けて注射される場合は上腕部にも注射できます。
- 部位の中の注射する場所は毎週変更してください。
  からだの同じ部位に注射してもよいですが、注射する場所は前回から変えてください。
- 注射する場所を消毒してください。



正面　背面

ご使用方法

1 キャップを取り外す
2 底面を皮膚にあて、ロックを解除する
3 注入ボタンを押し、そのまま待つ



1 キャップを取り外す



- 緑色の目印Iがロック◁の位置にあることを確認してください。
- 灰色のキャップをまっすぐ引っ張って外し、捨ててください。

一度取り外したキャップは付け直さないでください。針を破損させる原因になります。針には触れないでください。

2 底面を皮膚にあて、ロックを解除する



- 上図のように、透明な底面を皮膚に密着させてください。
- 緑色の目印Iをロック解除▷の位置に合わせてください。

3 注入ボタンを押し、そのまま待つ



- 注入器を皮膚に**しっかりと密着**させたまま、緑色の注入ボタンを押しきってください。カチッという大きな音が聞こえます。
- ２回目のカチッという大きな音が鳴るまで透明な底面を**しっかりと皮膚にあてたまま**にしてください。
  この音は注入ボタンを押してから 5 ～10秒後、針が自動で戻る際に鳴ります。
- 注入器を皮膚から離してください。

注入器の透明な部分に灰色のゴムピストンが現れることでも、注射が完了したことを確認できます。

裏面へつづく→